

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Blood Urea : عنوان آزمایش :
GP N025 : سری ساخت :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۰۸	۲,۸۳۸	۱۰۰,۳۲۶	۱۰۳,۱۶۴	۱۰۶,۰۰۲	۱۰۸,۸۴	۱۱۱,۶۷۸	۱۱۴,۵۱۶	۱۱۷,۳۵۴

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.423	SD: 2.644	Mean: 109.105
------------	-----------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Blood Urea : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۶	۱,۳۳۸	۳۷,۰۲۶	۳۸,۳۶۴	۳۹,۷۰۲	۴۱,۰۴	۴۲,۳۷۸	۴۳,۷۱۶	۴۵,۰۵۴

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 3.333	SD: 1.37	Mean: 41.105
------------	----------	--------------

