

عنوان آزمایش : CA-125  
 عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
 عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I  
 شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴  
 سری ساخت : ۷۶۷۸۹۷

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵,۲۵۵ | ۱,۹۷۶ | ۳۱,۶۷۲            | ۳۳,۶۴۸            | ۳۵,۶۲۴            | ۳۷,۶ | ۳۹,۵۷۶          | ۴۱,۵۵۲          | ۴۳,۵۲۸          |

| مقدار      |  | تاریخ      |           | مقدار |  | تاریخ       |  | مقدار |  | تاریخ      |  |
|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------------|--|-------|--|------------|--|
| ۳۹         |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |           | ۳۸    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱  |  | ۴۱    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |  |
| ۳۶         |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |           | ۴۱    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴  |  | ۳۷    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |  |
| ۳۵         |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |           | ۴۰    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵  |  | ۳۵    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |  |
| ۳۷         |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |           | ۳۵    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶  |  | ۳۵    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |  |
| ۳۶         |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |           | ۳۹    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷  |  | ۳۹    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |  |
| ۳۷         |  | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |           | ۴۱    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸  |  | ۳۸    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |  |
|            |  |            |           | ۴۰    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰  |  | ۳۸    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |  |
|            |  |            |           | ۳۸    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱  |  | ۳۶    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |  |
|            |  |            |           | ۳۷    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲  |  | ۳۸    |  | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |  |
| CV%: 5.196 |  |            | SD: 1.962 |       |  | Mean: 37.75 |  |       |  |            |  |

