


عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۶۷۸۹۷
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۲۵۵	۱,۹۷۶	۳۱,۶۷۲	۳۳,۶۴۸	۳۵,۶۲۴	۳۷,۶	۳۹,۵۷۶	۴۱,۵۵۲	۴۳,۵۲۸

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
		۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
		۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
		۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
CV%: 4.98		SD: 1.818		Mean: 36.5	



عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۶۷۸۹۷
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker II
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۰۷۴	۷,۷۸۴	۸۶,۶۸۱	۹۴,۴۶۵	۱۰۲,۲۴۹	۱۱۰,۰۳۳	۱۱۷,۸۱۷	۱۲۵,۶۰۱	۱۳۳,۳۸۵

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
		۱۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
		۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
		۱۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
CV%: 6.676		SD: 7.04		Mean: 105.458	

