

Tumor marker I : عنوان کنترل : CA-125 : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ : سری ساخت: ۷۶۷۸۹۷ : کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۹۹	۱,۷۱۷	۳۱,۳۸۲	۳۳,۰۹۹	۳۴,۸۱۶	۳۶,۵۳۳	۳۸,۲۵	۳۹,۹۶۷	۴۱,۶۸۴

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 3.176	SD: 1.141	Mean: 35.929
------------	-----------	--------------

