

Tumor marker I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : CA-125  
 شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ : سری ساخت: ۷۶۷۸۹۷ : کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۰۹۲	۱,۴۸۴	۳۱,۸۱۵	۳۳,۲۹۹	۳۴,۷۸۳	۳۶,۲۶۷	۳۷,۷۵۱	۳۹,۲۳۵	۴۰,۷۱۹

مقدار	تاریخ
۳۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳۳,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳۳,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.249	SD: 1.492	Mean: 35.1
------------	-----------	------------



Tumor marker II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴

CA-125 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۷۶۷۸۹۷

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۷	۵,۹۹۱	۸۷,۱۲۷	۹۳,۱۱۸	۹۹,۱۰۹	۱۰۵,۱	۱۱۱,۰۹۱	۱۱۷,۰۸۲	۱۲۳,۰۷۳

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 5.469	SD: 5.539	Mean: 101.286
------------	-----------	---------------

