

Tumor Marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۴۵۷۹۸

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۲۳۸	۱,۴۱۴	۲۲,۷۵۸	۲۴,۱۷۲	۲۵,۵۸۶	۲۷	۲۸,۴۱۴	۲۹,۸۲۸	۳۱,۲۴۲

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۷,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 4.559	SD: 1.233	Mean: 27.038
------------	-----------	--------------

