

Tumor Marker I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۱	۱,۶۹	۱۸,۷۳	۲۰,۴۲	۲۲,۱۱	۲۳,۸	۲۵,۴۹	۲۷,۱۸	۲۸,۸۷

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 7.683	SD: 1.844	Mean: 24
------------	-----------	----------



Tumor Marker II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

CA 15-3-CLIA : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۳۷۲	۵,۶۶	۸۸,۳۸۷	۹۴,۰۴۷	۹۹,۷۰۷	۱۰۵,۳۶۷	۱۱۱,۰۲۷	۱۱۶,۶۸۷	۱۲۲,۳۴۷

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.923	SD: 5.334	Mean: 108.364
------------	-----------	---------------

