

Tumor marker I : عنوان کنترل : CA 19-9 : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ : سری ساخت: ۸۰۵۵۲۸ : کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶	۲,۱	۱۷	۱۹,۱	۲۱,۲	۲۳,۳	۲۵,۴	۲۷,۵	۲۹,۶

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

CV%: 5.193	SD: 1.216	Mean: 23.421
------------	-----------	--------------



عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
سری ساخت : ۵۳۱۶۳
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
کنترل داخل کیت II

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۲	۶,۶۶۷	۷۹,۹۹۹	۸۶,۶۶۶	۹۳,۳۳۳	۱۰۰	۱۰۶,۶۶۷	۱۱۳,۳۳۴	۱۲۰,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

CV%: 5.166	SD: 5.132	Mean: 99.333
------------	-----------	--------------

