

Tumormarker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : Roche

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۰۵۱	۵,۰۸۷	۸۵,۴۵۹	۹۰,۵۴۶	۹۵,۶۳۳	۱۰۰,۷۲	۱۰۵,۸۰۷	۱۱۰,۸۹۴	۱۱۵,۹۸۱

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۹۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 4.279	SD: 4.422	Mean: 103.346
------------	-----------	---------------

