

عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Tumor marker I
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۳۸۳	۱,۶۳۷	۱۷,۲۵۶	۱۸,۸۹۳	۲۰,۵۳	۲۲,۱۶۷	۲۳,۸۰۴	۲۵,۴۴۱	۲۷,۰۷۸

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۳,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 6.094	SD: 1.413	Mean: 23.193
------------	-----------	--------------



Tumormarker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

CA 19-9 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : Roche

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۹۲	۵,۰۸۹	۸۶,۶۸۳	۹۱,۷۷۲	۹۶,۸۶۱	۱۰۱,۹۵	۱۰۷,۰۳۹	۱۱۲,۱۲۸	۱۱۷,۲۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.864	SD: 5.051	Mean: 103.857
------------	-----------	---------------

