

Multichem-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

CEA : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۰۱۳	۲,۳۹۵	۳۲,۶۳۷	۳۵,۰۳۲	۳۷,۴۲۷	۳۹,۸۲۲	۴۲,۲۱۷	۴۴,۶۱۲	۴۷,۰۰۷

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲

CV%: 5.12	SD: 2.074	Mean: 40.5
-----------	-----------	------------



Tumor Marker I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CEA : عنوان آزمایش :  
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸ Cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۱	۰,۳۷۳	۴,۱۹۱	۴,۵۶۴	۴,۹۳۷	۵,۳۱	۵,۶۸۳	۶,۰۵۶	۶,۴۲۹

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۵,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۵,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۵,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۵,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۵,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۵,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۵,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

CV%: 7.301	SD: 0.39	Mean: 5.339
------------	----------	-------------

