

Tumor Marker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CEA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶,۷۲۷ | ۳,۴۹۸ | ۴۱,۵۰۶ | ۴۵,۰۰۴ | ۴۸,۵۰۲ | ۵۲ | ۵۵,۴۹۸ | ۵۸,۹۹۶ | ۶۲,۴۹۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |

| | | |
|-----------|-----------|--------------|
| CV%: 5.82 | SD: 3.005 | Mean: 51.625 |
|-----------|-----------|--------------|

