

Tumor Marker I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CEA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸


| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵,۲۵۵ | ۰,۲۷۱ | ۴,۳۴۷ | ۴,۶۱۸ | ۴,۸۸۹ | ۵,۱۶ | ۵,۴۳۱ | ۵,۷۰۲ | ۵,۹۷۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵,۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
| ۵,۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
| ۴,۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
| ۵,۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
| ۵,۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵,۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
| ۵,۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
| ۵,۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
| ۵,۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
| ۵,۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.444 | SD: 0.235 | Mean: 5.286 |
|------------|-----------|-------------|



Tumor Marker II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CEA : عنوان آزمایش :
Cobas 6000 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۸۰۵۵۲۸

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵,۳۸۷ | ۲,۷۷۶ | ۴۳,۲۰۵ | ۴۵,۹۸۱ | ۴۸,۷۵۷ | ۵۱,۵۳۳ | ۵۴,۳۰۹ | ۵۷,۰۸۵ | ۵۹,۸۶۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |

| | | |
|------------|-----------|----------|
| CV%: 4.053 | SD: 2.148 | Mean: 53 |
|------------|-----------|----------|

