

عنوان کنترل : cmv igg2
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG
عنوان دستگاه : LIAISON
سری ساخت : ۱۶۵۰۱۹۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۹۶۱	۴,۵۱۱	۵۱,۲۶۹	۵۵,۷۸	۶۰,۲۹۱	۶۴,۸۰۲	۶۹,۳۱۳	۷۳,۸۲۴	۷۸,۳۳۵

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۶۹,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۶۳,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۶۶,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۶۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۶۸,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۶۵,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۷۰,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۷۱,۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۷۲,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۵۸,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۷۲,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸

CV%: 7.281	SD: 4.788	Mean: 65.757
------------	-----------	--------------

