

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG
عنوان دستگاه : Cobas E411
سری ساخت : -

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۸۲	۱,۰۳۶	۳۱,۶۲۵	۳۲,۶۶۱	۳۳,۶۹۷	۳۴,۷۳۳	۳۵,۷۶۹	۳۶,۸۰۵	۳۷,۸۴۱

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۳۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.539	SD: 1.214	Mean: 34.288
------------	-----------	--------------

