

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM
عنوان دستگاه : Cobas E411
سری ساخت : ۱۴۰۴،۱۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۱۷	۰,۰۸	۲,۱۸۱	۲,۲۶۱	۲,۳۴۱	۲,۴۲۱	۲,۵۰۱	۲,۵۸۱	۲,۶۶۱

مقدار	تاریخ
۲,۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۲,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۲,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 3.408	SD: 0.082	Mean: 2.402
------------	-----------	-------------

