

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM  
عنوان دستگاه : Cobas E411  
سری ساخت : ۱۴۰۴،۱۰

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۸۸۷	۰,۱۴	۱,۹۶۷	۲,۱۰۷	۲,۲۴۷	۲,۳۸۷	۲,۵۲۷	۲,۶۶۷	۲,۸۰۷

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲,۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲,۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲,۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۲,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 5.282	SD: 0.126	Mean: 2.379
------------	-----------	-------------

