

Control Normal : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

CPK MB : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۰۸۳۸۴

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۱۲۳	۳,۶۹۴	۲۹,۴۰۵	۳۳,۰۹۹	۳۶,۷۹۳	۴۰,۴۸۷	۴۴,۱۸۱	۴۷,۸۷۵	۵۱,۵۶۹

مقدار	تاریخ
۳۹,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۳۹,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳۶,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۴۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۳۷,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۳,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴۳,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴۳,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۴۳,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۳۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۰,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴۲,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۳۸,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴۰,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۰,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴۴,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 5.015	SD: 2.061	Mean: 41.093
------------	-----------	--------------

