

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

CPK MB : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۰۸۳۸۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۰۰۷	۲,۰۵۹	۳۴,۹۴	۳۶,۹۹۹	۳۹,۰۵۸	۴۱,۱۱۷	۴۳,۱۷۶	۴۵,۲۳۵	۴۷,۲۹۴

مقدار	تاریخ
۳۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۳۹,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۴۰,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۳۹,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۴۰,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۳۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۴۰,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۳۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۴۰,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۴۲,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۴۱,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۴۰,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴۱,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۴۰,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳۸,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴۱,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 2.422	SD: 0.984	Mean: 40.642
------------	-----------	--------------

