

Hight - PTS : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

CPK MB : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP125..


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۷,۱۳۲	۴,۹۸	۱۴,۱۲۷	۱۹,۱۰۷	۲۴,۰۸۷	۲۹,۰۶۷	۳۴,۰۴۷	۳۹,۰۲۷	۴۴,۰۰۷

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۲۴,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳۳,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۶,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۸,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۵,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳۴,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۲۶,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۵,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۵,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 19.014	SD: 5.365	Mean: 28.214
-------------	-----------	--------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

CPK MB : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۰۸۳۸۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۳۹	۰,۸۹۹	۳۷,۴۶	۳۸,۳۵۹	۳۹,۲۵۸	۴۰,۱۵۷	۴۱,۰۵۶	۴۱,۹۵۵	۴۲,۸۵۴

مقدار	تاریخ
۴۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳۹,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۳۸,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳۹,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴۰,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۰,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۳۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳۹,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴۰,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳۹,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۱,۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴۰,۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۴۱,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۳۹,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۳۸,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۴۰,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴۱,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.286	SD: 0.914	Mean: 39.989
------------	-----------	--------------

