

multi 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

CPK Total : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۷۳	۲,۳۴۲	۱۴۱,۸۵۶	۱۴۴,۱۹۸	۱۴۶,۵۴	۱۴۸,۸۸۲	۱۵۱,۲۲۴	۱۵۳,۵۶۶	۱۵۵,۹۰۸

مقدار	تاریخ
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.387	SD: 2.058	Mean: 148.346
------------	-----------	---------------

