

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

CPK Total : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۰۸۷	۹,۳۵۵	۲۷۴,۹۸۵	۲۸۴,۳۴	۲۹۳,۶۹۵	۳۰۳,۰۵	۳۱۲,۴۰۵	۳۲۱,۷۶	۳۳۱,۱۱۵

مقدار	تاریخ
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.474	SD: 7.387	Mean: 298.556
------------	-----------	---------------

