

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۶۱	۶,۴۱۶	۲۷۷,۶۸۵	۲۸۴,۱۰۱	۲۹۰,۵۱۷	۲۹۶,۹۳۳	۳۰۳,۳۴۹	۳۰۹,۷۶۵	۳۱۶,۱۸۱

مقدار	تاریخ
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.766	SD: 5.255	Mean: 297.5
------------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴	۱۶,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۱	۲۱۶,۳۳۴	۲۳۲,۶۶۷	۲۴۹	۲۶۵,۳۳۳	۲۸۱,۶۶۶	۲۹۷,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 2.688	SD: 6.683	Mean: 248.667
------------	-----------	---------------

