

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۸۹	۵,۸۳۷	۲۲۶,۸۴۹	۲۳۲,۶۸۶	۲۳۸,۵۲۳	۲۴۴,۳۶	۲۵۰,۱۹۷	۲۵۶,۰۳۴	۲۶۱,۸۷۱

مقدار	تاریخ
۲۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۲۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۲۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.053	SD: 4.989	Mean: 243
------------	-----------	-----------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۰۳	۱,۴۹۷	۱۳۱,۱۴۹	۱۳۲,۶۴۶	۱۳۴,۱۴۳	۱۳۵,۶۴	۱۳۷,۱۳۷	۱۳۸,۶۳۴	۱۴۰,۱۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.109	SD: 1.502	Mean: 135.421
------------	-----------	---------------

