

RTI TEB I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

عنوان آزمایش : (Ca (Ionized  
عنوان دستگاه : مدیکا  
سری ساخت : RTC09340


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۱۱	۰,۰۲۷	۱,۲۴	۱,۲۶۷	۱,۲۹۴	۱,۳۲۱	۱,۳۴۸	۱,۳۷۵	۱,۴۰۲

مقدار	تاریخ
۱,۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱,۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱,۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۱,۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱,۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱,۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱,۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱,۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۱,۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱,۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱,۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱,۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

CV%: 2.011	SD: 0.026	Mean: 1.312
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : کنترل Hight  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : (Ca (Ionized  
عنوان دستگاه : مدیکا ۳  
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۰,۰۳۳	۱,۵۵۱	۱,۵۸۴	۱,۶۱۷	۱,۶۵	۱,۶۸۳	۱,۷۱۶	۱,۷۴۹

مقدار	تاریخ
۱,۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱,۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱,۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

CV%: 1.141	SD: 0.019	Mean: 1.64
------------	-----------	------------

