

عنوان کنترل : کنترل Hight
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : (Ca (Ionized
عنوان دستگاه : مدیکا ۳
سری ساخت : RTC08392


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۴۷	۰,۰۲	۱,۵۶۷	۱,۵۸۷	۱,۶۰۷	۱,۶۲۷	۱,۶۴۷	۱,۶۶۷	۱,۶۸۷

مقدار	تاریخ
۱,۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۱,۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱,۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱,۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱,۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

مقدار	تاریخ
۱,۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱,۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱,۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱,۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵

CV%: 1.177	SD: 0.019	Mean: 1.622
------------	-----------	-------------



ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

(Ca (Ionized : عنوان آزمایش :
Caretium : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C102507

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۰۵	۰,۸	۰,۸۵	۰,۹	۰,۹۵	۱	۱,۰۵	۱,۱

مقدار	تاریخ
۰,۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۰,۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱,۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰,۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴

CV%: 3.702	SD: 0.036	Mean: 0.968
------------	-----------	-------------

