

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

(Ca (Ionized : عنوان آزمایش :
Caretium : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C102507

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۷۰۲	۰,۰۳۶	۰,۸۶	۰,۸۹۶	۰,۹۳۲	۰,۹۶۸	۱,۰۰۴	۱,۰۴	۱,۰۷۶

مقدار	تاریخ
۰,۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱,۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۱,۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۰,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۰,۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۰,۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 2.706	SD: 0.027	Mean: 0.982
------------	-----------	-------------

