

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

(Ca (Ionized : عنوان آزمایش :
Caretium : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C102507

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۰۱	۰,۰۲۸	۰,۹۰۴	۰,۹۳۲	۰,۹۶	۰,۹۸۸	۱,۰۱۶	۱,۰۴۴	۱,۰۷۲

مقدار	تاریخ
۱,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱,۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۰,۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۰,۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۰,۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱,۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۰,۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱,۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

CV%: 2.789	SD: 0.028	Mean: 1
------------	-----------	---------

