

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Calcium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP325


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۵۹	۰,۱۷۲	۱۱,۲۸۴	۱۱,۴۵۶	۱۱,۶۲۸	۱۱,۸	۱۱,۹۷۲	۱۲,۱۴۴	۱۲,۳۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

مقدار	تاریخ
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

CV%: 0.824	SD: 0.098	Mean: 11.843
------------	-----------	--------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Calcium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۵	۹,۸	۱۰,۳	۱۰,۸	۱۱,۳	۱۱,۸	۱۲,۳	۱۲,۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

CV%: 2.911	SD: 0.336	Mean: 11.555
------------	-----------	--------------

