

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Calcium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۱۱	۰,۳۳۶	۱۰,۵۴۷	۱۰,۸۸۳	۱۱,۲۱۹	۱۱,۵۵۵	۱۱,۸۹۱	۱۲,۲۲۷	۱۲,۵۶۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.234	SD: 0.257	Mean: 11.507
------------	-----------	--------------

