

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Calcium : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۹۰۹	۰,۲۲	۱۰,۸۴۷	۱۱,۰۶۷	۱۱,۲۸۷	۱۱,۵۰۷	۱۱,۷۲۷	۱۱,۹۴۷	۱۲,۱۶۷

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱۱,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۱,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 1.472	SD: 0.171	Mean: 11.592
------------	-----------	--------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Calcium : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱	۰,۷	۱۰,۸	۱۱,۵	۱۲,۲	۱۲,۹	۱۳,۶	۱۴,۳	۱۵

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۲,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۲,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۳,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 3.88	SD: 0.508	Mean: 13.083
-----------	-----------	--------------

