

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal
عنوان دستگاه : الیزاریدر
عنوان کنترل : High
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
سری ساخت : BH-101

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۵,۴۵۴	۱۳,۹۳۲	۴۸,۳۵۷	۶۲,۲۸۹	۷۶,۲۲۱	۹۰,۱۵۳	۱۰۴,۰۸۵	۱۱۸,۰۱۷	۱۳۱,۹۴۹

مقدار	تاریخ
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۹۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۹۶,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۷۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۳,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۸۴,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۹۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۷۸,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۹۵,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۸۵,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۹۳,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۹۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۰,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۰۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۹۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۷۸,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۰۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 9.928	SD: 9.082	Mean: 91.479
------------	-----------	--------------

