

عنوان کنترل : کنترل LOW

شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

سری ساخت : BH-101

عنوان آزمایش : (Calprotectin (fecal

عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰,۶۶۲	۳,۰۵۸	۱۹,۵۱۳	۲۲,۵۷۱	۲۵,۶۲۹	۲۸,۶۸۷	۳۱,۷۴۵	۳۴,۸۰۳	۳۷,۸۶۱

مقدار	تاریخ
۲۸,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۳۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۹,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۸,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۳۰,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۸,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲۹,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۳۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۷,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۶,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۸,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۳۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 7.219	SD: 2.08	Mean: 28.811
------------	----------	--------------

