

عنوان آزمایش : Calprotectin (fecal)  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
سری ساخت : BH-101  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۴,۰۹۶	۱۲,۵۳۷	۵۱,۳۲۶	۶۳,۸۶۳	۷۶,۴	۸۸,۹۳۷	۱۰۱,۴۷۴	۱۱۴,۰۱۱	۱۲۶,۵۴۸

مقدار	تاریخ
۸۶,۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۹۱,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۸۴,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰۳,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۰۳,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۹۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۷۹,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۹۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۸۴,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۹۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۸۲,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

CV%: 8.857	SD: 8.141	Mean: 91.915
------------	-----------	--------------

