

عنوان آزمایش : عنوان کنترل : عنوان آزمایش :
 الیزاریدر (Calprotectin (fecal : الیزاریدر : عنوان دستگاه :
 سری ساخت : BH-101 : شروع کنترل : ۱۳/۰۵/۱۴۰۴ : عنوان کنترل : High

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۴۶۷	۱۲,۱۵۴	۵۳,۷۸۵	۶۵,۹۳۹	۷۸,۰۹۳	۹۰,۲۴۷	۱۰۲,۴۰۱	۱۱۴,۵۵۵	۱۲۶,۷۰۹

مقدار	تاریخ
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۹۷,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۰۵,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۹۷,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۹۲,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰۷,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۹۰,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۰۴,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۹۴,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۸۷,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 9.223	SD: 8.895	Mean: 96.445
------------	-----------	--------------

