

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ---

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۹۹	۰,۳۱	۱۸,۴۷۲	۱۸,۷۸۲	۱۹,۰۹۲	۱۹,۴۰۲	۱۹,۷۱۲	۲۰,۰۲۲	۲۰,۳۳۲

مقدار	تاریخ
۱۹,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۹,۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۹,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۹,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۹,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۹,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۹,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 0.977	SD: 0.189	Mean: 19.287
------------	-----------	--------------

