

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Carbamazepin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ---

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۹۹	۰,۳۱	۱۸,۴۷۲	۱۸,۷۸۲	۱۹,۰۹۲	۱۹,۴۰۲	۱۹,۷۱۲	۲۰,۰۲۲	۲۰,۳۳۲

مقدار	تاریخ
۱۹,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۹,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۹,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۹,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 1.594	SD: 0.308	Mean: 19.314
------------	-----------	--------------

