

RTI TEB I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

Chloride : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC09340


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۳۳	۱,۲۸۳	۱۲۰,۴۱۴	۱۲۱,۶۹۷	۱۲۲,۹۸	۱۲۴,۲۶۳	۱۲۵,۵۴۶	۱۲۶,۸۲۹	۱۲۸,۱۱۲

مقدار	تاریخ
۱۲۲,۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۲۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۲۴,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۲۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۲۲,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۲۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۲۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۲۴,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۲۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۲۲,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۲۵,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۲۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۱۲۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

CV%: 0.89	SD: 1.105	Mean: 124.056
-----------	-----------	---------------



عنوان کنترل : Hight کنترل
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : Chloride
عنوان دستگاه : مدیکا ۳
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۳,۳۳۳	۱۳۴,۰۰۱	۱۳۷,۳۳۴	۱۴۰,۶۶۷	۱۴۴	۱۴۷,۳۳۳	۱۵۰,۶۶۶	۱۵۳,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۴۰,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۴۱,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

CV%: 2.023	SD: 2.907	Mean: 143.66
------------	-----------	--------------

