

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

Chloride : عنوان آزمایش :
C102507 : سری ساخت : Caretium : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۲۷	۲,۷۶۶	۹۶,۹۹۳	۹۹,۷۵۹	۱۰۲,۵۲۵	۱۰۵,۲۹۱	۱۰۸,۰۵۷	۱۱۰,۸۲۳	۱۱۳,۵۸۹

مقدار	تاریخ
۱۰۴,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۰۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۱۰۸,۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۰۵,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰۱,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۰۷,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۱۰۵,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۰,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۱۰۷,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۰۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱۰۸,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۰۷,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰۶,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۰۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۰۸,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۰۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.926	SD: 2.05	Mean: 106.439
------------	----------	---------------

