

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

Chloride : عنوان آزمایش :
C102507 : سری ساخت : Caretium : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۳۶۶ | ۲,۵۳۳ | ۹۹,۴۳۴ | ۱۰۱,۹۶۷ | ۱۰۴,۵ | ۱۰۷,۰۳۳ | ۱۰۹,۵۶۶ | ۱۱۲,۰۹۹ | ۱۱۴,۶۳۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۰۵,۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
| ۱۱۱,۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۱۰,۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۰۹,۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
| ۱۰۵,۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
| ۱۰۹,۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
| ۱۰۷,۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |

| | | |
|----------|-----------|---------------|
| CV%: 2.4 | SD: 2.591 | Mean: 107.953 |
|----------|-----------|---------------|

