

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP325


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۱	۳,۳۳۶	۲۱۰,۸۹۲	۲۱۴,۲۲۸	۲۱۷,۵۶۴	۲۲۰,۹	۲۲۴,۲۳۶	۲۲۷,۵۷۲	۲۳۰,۹۰۸

مقدار	تاریخ
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

مقدار	تاریخ
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

CV%: 1.585	SD: 3.498	Mean: 220.714
------------	-----------	---------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۹	۱۸۳	۱۹۲	۲۰۱	۲۱۰	۲۱۹	۲۲۸	۲۳۷

مقدار	تاریخ
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

CV%: 2.242	SD: 4.696	Mean: 209.45
------------	-----------	--------------

