

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۴۲	۴,۶۹۶	۱۹۵,۳۶۲	۲۰۰,۰۵۸	۲۰۴,۷۵۴	۲۰۹,۴۵	۲۱۴,۱۴۶	۲۱۸,۸۴۲	۲۲۳,۵۳۸

مقدار	تاریخ
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.152	SD: 4.492	Mean: 208.778
------------	-----------	---------------

