

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۳۴	۴,۲۲۷	۱۹۵,۱۵۲	۱۹۹,۳۷۹	۲۰۳,۶۰۶	۲۰۷,۸۳۳	۲۱۲,۰۶	۲۱۶,۲۸۷	۲۲۰,۵۱۴

مقدار	تاریخ
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 2.24	SD: 4.681	Mean: 208.923
-----------	-----------	---------------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Cholesterol : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۰۹	۹	۱۷۸	۱۸۷	۱۹۶	۲۰۵	۲۱۴	۲۲۳	۲۳۲

مقدار	تاریخ
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 3.427	SD: 6.957	Mean: 203
------------	-----------	-----------

