

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵	۴,۹۷۸	۱۸۴,۱۸۶	۱۸۹,۱۶۴	۱۹۴,۱۴۲	۱۹۹,۱۲	۲۰۴,۰۹۸	۲۰۹,۰۷۶	۲۱۴,۰۵۴

مقدار	تاریخ
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.821	SD: 3.604	Mean: 197.895
------------	-----------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۵۳	۱,۳۷	۹۰,۱۷	۹۱,۵۴	۹۲,۹۱	۹۴,۲۸	۹۵,۶۵	۹۷,۰۲	۹۸,۳۹

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۹۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۹۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.456	SD: 1.37	Mean: 94.105
------------	----------	--------------

