

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

Cholinesterase : عنوان آزمایش :
Integra 400 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۷۹	۱۸۳,۶۶۲	۵۶۱۴,۴۶۴	۵۷۹۸,۱۲۶	۵۹۸۱,۷۸۸	۶۱۶۵,۴۵	۶۳۴۹,۱۱۲	۶۵۳۲,۷۷۴	۶۷۱۶,۴۳۶

مقدار	تاریخ
۶۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۶۳۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۶۲۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۶۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۶۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۶۳۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۶۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۲۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۶۲۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۶۰۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۶۳۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۶۲۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۶۲۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۶۰۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۶۱۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۳۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۵۹۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۶۱۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۶۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۶۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۵۹۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۶۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۶۳۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 2.147	SD: 133.039	Mean: 6195.565
------------	-------------	----------------

