

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

Cholinesterase : عنوان آزمایش :
Integra 400 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۰۵	۱۹۶,۵۹۷	۵۵۴۴,۱۴۲	۵۷۴۰,۷۳۹	۵۹۳۷,۳۳۶	۶۱۳۳,۹۳۳	۶۳۳۰,۵۳	۶۵۲۷,۱۲۷	۶۷۲۳,۷۲۴

مقدار	تاریخ
۶۰۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۵۸۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۵۹۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۵۷۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۶۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۶۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۰۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۶۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۶۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۶۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۵۷۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۶۰۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۵۸۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۶۵۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۶۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۶۵۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۶۳۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۶۰۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۶۰۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۶۰۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 3.574	SD: 217.737	Mean: 6091.75
------------	-------------	---------------

