

Multi I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳

سری ساخت : ۷۵۴۶۶۲

Cholinesterase : عنوان آزمایش :
Integra 400 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۰۸	۱۹۳,۷۱۶	۵۴۵۷,۹۱۹	۵۶۵۱,۶۳۵	۵۸۴۵,۳۵۱	۶۰۳۹,۰۶۷	۶۲۳۲,۷۸۳	۶۴۲۶,۴۹۹	۶۶۲۰,۲۱۵

مقدار	تاریخ
۵۸۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۵۷۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵۹۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۳۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۵۸۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۶۳۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۶۳۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۵۸۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۶۳۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۶۰۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۹۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵۹۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵۸۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 3.675	SD: 221.819	Mean: 6036.538
------------	-------------	----------------

