

percicon-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

سری ساخت: ۶۶۳۴۰۸

Cyclosporine -ECLIA : عنوان آزمایش :  
e411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۹۳۹	۵۷,۸۹۸	۸۰۱,۲۰۱	۸۵۹,۰۹۹	۹۱۶,۹۹۷	۹۷۴,۸۹۵	۱۰۳۲,۷۹۳	۱۰۹۰,۶۹۱	۱۱۴۸,۵۸۹

مقدار	تاریخ
۹۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۹۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۰۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۰۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۰۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۹۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۸۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

CV%: 5.64	SD: 54.637	Mean: 968.778
-----------	------------	---------------

