

عنوان کنترل : perci con-1
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

سری ساخت : ۸۰۴۴۳۵

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA
عنوان دستگاه : e411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱	۱۰,۳۶۷	۷۲,۷۹۹	۸۳,۱۶۶	۹۳,۵۳۳	۱۰۳,۹	۱۱۴,۲۶۷	۱۲۴,۶۳۴	۱۳۵,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۹۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 7.471	SD: 8.223	Mean: 110.073
------------	-----------	---------------

