

perci con-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

سری ساخت: ۸۰۴۴۳۵

Cyclosporine -ECLIA : عنوان آزمایش :  
e411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۴۷۱	۸,۲۲۳	۸۵,۴۰۴	۹۳,۶۲۷	۱۰۱,۸۵	۱۱۰,۰۷۳	۱۱۸,۲۹۶	۱۲۶,۵۱۹	۱۳۴,۷۴۲

مقدار	تاریخ
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

CV%: 4.39	SD: 4.862	Mean: 110.75
-----------	-----------	--------------

